



FORMATION DE MAINTENANCE DE NIVEAU III SUR LES AUTOCLAVES COLUSSI

selon la norme AFNOR FD X60-000

Objectifs :

Donner aux techniciens, ayant les connaissances de la stérilisation à la vapeur d'eau, les bases pour la maintenance préventive et corrective ainsi que pour le contrôle des programmations.



PROGRAMME

Introduction au Stérilisateur
Présentation des Normes EN285 et EN554 et
Approfondissement des Mesures de Sécurité :

- Identification des différents cycles
- Organisation du matériel à stériliser
- Lecture et compréhension des schémas
- Analyse des alarmes
- Arrêt et réinitialisation de l'appareil

Identification et Emplacement des Composants :

- Composants Hydrauliques
- Composants Électriques

Maintenance préventive

Dépannage de l'appareil

Contrôles et tests de sécurité



PEDAGOGIE

Lieu :

Le stage se déroulera au siège de la société, à Lentilly (69).

Supports :

Il sera remis à chaque stagiaire un dossier comportant :

- La notice de mise en service de l'autoclave
- Le dossier technique du ou des autoclaves concernés

Validation des acquis

Afin de contrôler les connaissances des stagiaires, des questionnaires d'applications leurs seront proposés et ils pourront tester leurs acquis grâce à une mise en situation sur autoclave.



DESTINATAIRES

Cette formation s'adresse au personnel du milieu hospitalier et plus particulièrement au :

- Agent de stérilisation
- Responsable de stérilisation
- Responsable de Bloc
- Pharmacien

DUREE

2.5 Journées

EFFECTIFS

5 participants

FORMATEUR

Equipe Technique COLUSSI