



FORMATION DE MAINTENANCE DE NIVEAU IV SUR LES AUTOCLAVES COLUSSI

selon la norme AFNOR FD X60-000

Objectifs :

Donner aux techniciens, ayant les connaissances de la stérilisation à la vapeur d'eau, les bases pour la maintenance préventive et corrective ainsi que pour le contrôle des programmations et la métrologie.

PROGRAMME

Présentation des Stérilisateur et des Normes EN285 et EN554

Exploration des mesures de sécurité approfondies :

- Identification des différents cycles
- Organisation du matériel à stériliser
- Lecture et compréhension des graphiques
- Interprétation des alertes
- Arrêt et réinitialisation de l'appareil

Identification et localisation :

- Composants hydrauliques
- Composants électriques

Maintenance préventive

Dépannage de l'appareil

Contrôles et tests de sécurité

Introduction à la métrologie de contrôle



PEDAGOGIE

Lieu :

Le stage se déroulera au siège de la société, à Lentilly (69).

Supports :

Il sera remis à chaque stagiaire un dossier comportant :

- La notice de mise en service de l'autoclave
- Le dossier technique du ou des autoclaves concernés

Validation des acquis

Afin de contrôler les connaissances des stagiaires, des questionnaires d'applications leurs seront proposés et ils pourront tester leurs acquis grâce à une mise en situation sur autoclave.



DESTINATAIRES

Cette formation est destinée au personnel hospitalier, en particulier aux :

- Techniciens biomédicaux
- Responsables techniques
- Ingénieurs biomédicaux

DUREE
3 Journées

EFFECTIFS
5 participants

FORMATEUR
Equipe Technique COLUSSI

+ 33(0) 4 74 01 86 31

contact@colussi.fr

113 route du Charpenay
69210 LENTILLY

+ 33(0) 4 74 72 11 04

www.colussi.fr