

FORMATION DE CONDUCTEUR D'AUTOCLAVE

Objectifs :

Être capable, conformément l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, de :

- Se prémunir des risques liés à la pression et à la température de la vapeur d'eau
- Manœuvrer un couvercle amovible en toute sécurité

PROGRAMME

- Notion de pression et de température
- Les appareils de mesure de pression et de température
- Les différents types d'appareils à pression vapeur
- Réglementation des appareils à couvercle amovible
- Consignes d'exploitation et de sécurité



PEDAGOGIE

Lieu :

Les formations se dérouleront sur le site d'installation de l'autoclave

Supports :

Il sera remis à chaque stagiaire un dossier reprenant tous les points développés lors de la formation.

Validation des acquis

Afin de contrôler les connaissances des stagiaires, il leur sera proposé des mises en situations sur les autoclaves.



DESTINATAIRES

Cette formation s'adresse au personnel du milieu hospitalier et plus particulièrement au :

- Agent de stérilisation
- Responsable de stérilisation
- Responsable de Bloc
- Pharmacien

DUREE
1/2 Journée

EFFECTIFS
5 participants

FORMATEUR
Le Technicien COLUSSI chargé de l'installation.

